

Katowice, 6 grudnia 2017 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup, dostawę i montaż urządzeń do laboratorium w celu realizacji projektu: „Innowacyjny algorytm postępowania w kierunku zwiększenia wykrywalności nowotworów” o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP (znak sprawy: ZO/01/LAB/2017), ogłoszonego dnia 4 grudnia 2017 r.

Szanowni Państwo

Informuję iż w prowadzonym postępowaniu wpłynęły od wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

W pkt 18: Sposób przygotowania oferty ust 6) jest zapis o złożeniu wraz z ofertą załącznika nr 3 do zapytania ofertowego oraz wypełnienie i złożenie odpowiedniego Załącznika zawierającego Formularz Parametrów Technicznych, dla części, której dotyczy składana oferta.

Załącznik z parametrami technicznymi nie uwzględnia możliwości uzupełnienia odpowiednich parametrów. Czy taki formularz ma zostać przez nas stworzony?

ODPOWIEDŹ

Formularz z parametrami winien być stworzony przez wykonawcę. Treść formularza musi umożliwiać zamawiającemu potwierdzenie wszystkich parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2

Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem

- Czy Zamawiający zgodzi się zamienić okres gwarancji z 36 na 24 miesiące?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę minimalnego okresu gwarancji na 24 miesiące.

Pytanie 3

Pipety

- Czy Zamawiający dopuszcza aby niżej wymienione pipety, objęte były 24 miesięczną gwarancją, oraz nie posiadały wpisu do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

- 1 sztuka - pipeta ręczna do pipet typu serologicznego
- 1 sztuka - pipeta dozująca porcje cieczy ze zbiorników i butelek na reagenty obj. 2,5-50 ml
- 1 sztuka - pipeta dozująca porcje cieczy ze zbiorników i butelek na reagenty obj. 10-100 ml

Odpowiedź

TAK - Wymienione pipety mogą mieć 24 miesięczną gwarancję i nie być wpisane do rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Pytanie 4

Wirówka do probówek typu Eppendorf

- Czy Zamawiający może sprecyzować, w jaki rotor ma być wyposażona wirówka?


Odpowiedź

Wirówka ma być wyposażona w rotor wychylny z czterema okrągłymi pojemnikami o pojemności 250 ml każdy oraz z adapterami na 8 probówek o pojemności 15 ml.

W pozostałym zakresie treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie.

GynCentrum Clinic Sp. z o.o.
ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice
REGON 241863119, NIP 6342774558
Ks. Rej. Nr 000000025791, KRS 0000380725
Tel. 32 506 57 77

PREZES ZARZĄDU



Paweł Czerwiński