

Katowice, 8 grudnia 2017 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 3

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup, dostawę i montaż urządzeń do laboratorium w celu realizacji projektu: „Innowacyjny algorytm postępowania w kierunku zwiększenia wykrywalności nowotworów” o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP (znak sprawy: ZO/01/LAB/2017), ogłoszonego dnia 4 grudnia 2017 r.

Szanowni Państwo

Informuję iż w prowadzonym postępowaniu wpłynęły od wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami.

Dotyczy części VI.

1. Dotyczy załącznika nr 5 do ogłoszenia, §4, ustęp 8.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienia zwrotu „sprzęt medyczny” zwrotem „sprzęt”?

Swoją prośbę motywujemy tym, iż sprzęt wyspecyfikowany przez Zamawiającego w części VI nie spełnia definicji produktu medycznego i dlatego jako taki nie może być klasyfikowany jako medyczny.

Sprzęt który chcielibyśmy zaoferować jest sprzętem służącym do badań naukowych.

ODPOWIEDŹ

TAK. Wzór umowy zostanie skorygowany w tym zakresie.

2. Dotyczy załącznika nr 5 do ogłoszenia, § 2, ustęp 4, podpunkt 4.

Zamawiający zapisał, że w ramach realizacji przedmiotu umowy jest niezbędny instruktaż personelu medycznego Zamawiającego.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie sprzętu wraz z podstawowym szkoleniem wykonanym przez inżyniera serwisowego (będącym podstawą do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego) oraz 2-dniowym szkoleniem techniczno – aplikacyjnym (dla maksymalnie 3 osób) wykonanym w terminie uzgodnionym z Zamawiającym?

Swoją prośbę motywujemy faktem, iż takie podejście zapewni Zamawiającemu oraz Wykonawcy większą elastyczność. Zamawiający oraz Wykonawca będą mieli możliwość zaplanowania szkoleń w dogodnym terminie dla obu stron. Ponadto jako potencjalny oferent, rekomendujemy aby

szkolenia Użytkownika z obsługi urządzenia przeprowadzić w terminie poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania analiz w laboratorium.

ODPOWIEDŹ

TAK. Kwestia szkolenia personelu będzie ustalana po zawarciu umowy, dla każdej z części zamówienia osobno.

3. Dotyczy załącznika nr 5 do ogłoszenia, § 5, ustęp 6.

Zamawiający zapisał:

„Strony wspólnie ustalają, że zgłoszenie serwisanta do naprawy sprzętu będącego przedmiotem umowy nastąpi w terminie **2 dni roboczych** od daty otrzymania zgłoszenia o usterce telefonicznie, faksem lub e-mailem, a naprawa zostanie wykonana w terminie **5 roboczych** od daty przekazania przedmiotu umowy do naprawy. Jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu **10 dni** od daty zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu tak by brzmiał:

„Strony wspólnie ustalają, że zgłoszenie serwisanta do naprawy sprzętu będącego przedmiotem umowy nastąpi w terminie **3 dni roboczych** od daty otrzymania zgłoszenia o usterce telefonicznie, faksem lub e-mailem, a naprawa zostanie wykonana w terminie **21 dni** od daty przekazania przedmiotu umowy do naprawy.”

ODPOWIEDŹ

TAK. Wzór umowy zostanie skorygowany w tym zakresie

4. Dotyczy załącznika nr 5 – wzór umowy, §5, ustęp 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w/w zapisu, czyli:

„W przypadku braku możliwości usunięcia wad i usterek w czasie 72 godzin Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu zastępczy sprzęt medyczny na czas trwania naprawy.”?

ODPOWIEDŹ

NIE. ZAPIS POZOSTAJE BEZ ZMIAN.

5. Dotyczy załącznika nr 5, §5, ustęp 10.

Zamawiający zapisał:

„Wymiana sprzętu będącego przedmiotem umowy na nowy nastąpi na żądanie Zamawiającego gdy serwisant Wykonawcy stwierdzi wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia, a także gdy w okresie gwarancji wystąpiła konieczność trzech napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu zgodnie z:

„Wymiana sprzętu będącego przedmiotem umowy na nowy nastąpi na żądanie Zamawiającego gdy serwisant Wykonawcy stwierdzi wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia, a także gdy w okresie gwarancji wystąpiła konieczność trzech napraw **tego samego modułu**, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.”

ODPOWIEDŹ

NIE. ZAPIS POZOSTAJE BEZ ZMIAN.

6. Dotyczy załącznika nr 5 – wzór umowy, § 5, ustęp 11.

Zamawiający zapisał:

„Wymiana jakiegokolwiek modułu funkcjonalnego na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego po trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz dostarczony z pełnym okresem gwarancji wynoszącymi **minimum 24 miesiące.**”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu zgodnie z:

„Wymiana jakiegokolwiek modułu funkcjonalnego na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego po trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz dostarczony z pełnym okresem gwarancji wynoszącymi **minimum 12 miesiące.**”

ODPOWIEDŹ

NIE. ZAPIS POZOSTAJE BEZ ZMIAN.

7. Dotyczy załącznika nr 5 – wzór umowy, § 7, ustęp 2, podpunkt 2) a.

Zamawiający zapisał:

„2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

.....

2) Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne:

a. w przypadku przekroczenia terminu płatności określonego § 6 ust. 1 umowy – w wysokości ustawowo obowiązujących odsetek za każdy dzień zwłoki w płatności.“

Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

.....

2) Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne:

a. w przypadku przekroczenia terminu płatności określonego § 6 ust. 1 umowy – w wysokości **0,5% wartości brutto umowy** - za każdy dzień zwłoki w płatności.“

b. za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w wysokości **10% wartości brutto umowy.**“

ODPOWIEDŹ

NIE. ZAPIS POZOSTAJE BEZ ZMIAN.

8. Dot.: Załącznik nr 5 do ogłoszenia

Par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „bezpłatnego” na „w ramach ceny”?

Par. 5 ust. 7 i 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „godzin” na „godzin w dni robocze”?

Par. 7 ust. 2 pkt 1) a) i b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie „lecz nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto umowy”?

Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”?

Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?


ODPOWIEDŹ

NIE. ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

W pozostałym zakresie treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie.

Załącznik nr 1- skorygowany wzór umowy.

GynCentrum Clinic Sp. z o.o.
ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice
REGON 241863119, NIP 6342774558
Ks. Rej. Nr 000000025791, KRS 0000380725
Tel. 32 506 57 77

PREZES ZARZĄDU

Paweł Czerwiński